

Compat® Standard/ P7000+ Ernährungspumpe



Seriennummer: _____

Verwendetes Überleitset: Compat® Standard Universal Set
 Compat® Standard Combi Set
 Sonstiges: _____

Sondennahrung: _____

- Akku defekt Gehäuse beschädigt
 Ständig „Störung“ Lässt sich nicht einschalten / keine Funktion

Bitte beschreiben Sie kurz den Defekt der Pumpe:

Compat Go® Ernährungspumpe



Seriennummern: Pumpe: _____ Ladestation: _____

Verwendetes Überleitset: Compat Go® Universal Set
 Compat Go® Combi Set
 Compat Go® Portable Set
 Sonstiges: _____

Sondennahrung: _____

- Akku Tür Fördermechanismus Systemfehler
 Luftalarm Okklusionsalarm Okklusionsalarm

Bitte beschreiben Sie kurz den Defekt der Pumpe:

Reparaturgrund unbedingt ausfüllen, ansonsten ist keine Bearbeitung möglich!

Nur gereinigte und desinfizierte Pumpen einsenden!

- Bitte senden Sie mir ein Ersatzgerät
 Bitte senden Sie mir das eingesandte Gerät zurück (Bearbeitungszeit mind. 14 Tage)
 Rücksendung der Pumpe (Gerät wird nicht mehr benötigt)

Absender:

Name: _____

Kundennummer: _____

E-Mail: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Datum, Unterschrift: _____

Stempel des Absenders:

Bitte senden Sie dieses Reparaturformular zusammen mit der Ernährungspumpe an:

(Compat Go®: inkl. Ladestation und Kabel)

Promedia A. Ahnfeldt GmbH
 Marienhütte 15, 57080 Siegen
 Service-Hotline: 0271 / 31 460 393, Fax: 0271 / 31 460 80
 E-Mail: compat-service@promedia-med.de

Dieses Formular finden Sie auch zum Online-Ausfüllen unter www.nestlehealthscience.de